

Số: 341/BVLVBP-KD
V/v yêu cầu báo giá

Châu Thành, ngày 13 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Các Công ty

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Phan Huỳnh Như - Khoa dược, SĐT: 0977014379, email: nguyenphanhuynhnhubte@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản scan gửi qua địa chỉ email: nguyenphanhuynhnhubte@gmail.com
- Bản giấy gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00 ngày 13 tháng 6 năm 2024 đến trước 9h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế: (danh mục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 3/2024.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre rất mong nhận được sự tham gia của các Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC
HỒ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BẾN TRE

Đường Văn Chánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC MẶT HÀNG

Gợi ý mua: Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

(Kèm theo Công văn số: 344 /BVLVBP-KD ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ dây truyền dịch	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần MPV kim thường	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có công tắc tiêm thuốc chữ Y. Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Tiệt trùng bằng khí EO. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu khóa kim Luer lock.	Sợi	12.000
2	Gòn tiêm 25gr	Gòn tiêm thuốc (viên 3cm) 25gr tiệt trùng	Thành phần: 100% cotton . Kích thước: viên 3cm, tiệt trùng. Gói 25g	Gói	1.100
3	Bơm tiêm nhựa (1ml + kim 30G x 1/2)	Bơm tiêm insulin HTA sử dụng một lần 1ml	Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ 30Gx1/2". Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc.	Cây	2.100
4	Bơm tiêm nhựa (10ml + kim 23x1)	Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml	Xylanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml. Pít tông có khóa bẻ gãy dễ hủy. Kim các cỡ 23Gx1". Tiệt trùng bằng khí EO.	Cây	13.200
5	Kim luồn tĩnh mạch số 24 (có cửa sổ)	Polyflon số 24G	Chất liệu: Nhựa y tế, có 2 đường sáng quang ngấm, lưu kim ≥ 72 giờ. Có cánh có công tắc tiêm thuốc. Tiệt trùng.	Cây	800
6	Kim chích máu (lancet)	Lancet tay TQ	Chất liệu: Thép không gỉ. Tiệt trùng. Hộp 200 cái	Cây	600
7	Găng tay chưa tiệt trùng các cỡ dài 240, có bột	Găng kiểm tra dùng trong y tế các size	Chất liệu: Cao su thiên nhiên có bột. Các size, dài 240mm	Đôi	9.500
8	Que thử đường huyết	Que thử đường huyết Accu-chek Instant	Que thử đường huyết dùng cho máy Accu-Chek Instant cho kết quả đúng 100%. Không thể mã hóa (không dùng code). Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0.6 - 33.3mmol/L. Giới hạn hematocrite là 10 - 65%. Đo được 4 loại máu (máu tĩnh mạch, máu động mạch, máu trẻ sơ sinh). Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay. Thời gian đo <4 giây, Mẫu máu đo 0.6 μL Que thử hút máu bằng mao dẫn. Chất liệu que thử: hợp kim vàng và palladium. Sử dụng men thử FAD-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose.	Que	1.000
9	Băng cá nhân 20mm x 60mm	First go 20mm x 60mm	Chất liệu: Băng vải Viscose và Polyamide không thấm nước. Gạc: phủ polyethylene. Kích thước: Băng: 20 mm x 60 mm.	Miếng	1.500
10	Băng keo lụa 2,5cm x 5 m	Băng keo cuộn lụa Young plaster-silk 2.5cm x 5m	Vải lụa trắng Acetate Taffeta thông thoáng, định lượng 63-69g/m ² , mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex nhẹ nhàng và mềm mại, độ bền kéo 5.0kg/12mm \pm 500g. Phủ keo Acrylic trọng lượng 60g poly acrylic/m ² , độ dính 540g/12mm \pm 30g, không chứa latex và không sót keo trên da khi tháo băng. Băng quấn vào lõi nhựa xanh, bờ răng cưa dễ bóc ngang dọc.	Cuộn	480
11	Ống nhựa EDTA 2ml	Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh dương, mous thấp	Chất liệu: Nhựa y tế. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống ≤ 6 ml. Chứa Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút. TC: CE	Ống	900
12	Ống nhựa Heparine 2ml	Ống nghiệm Heparin HTM 2ml	Chất liệu: Nhựa y tế có nắp. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống 6 ml. Chứa Heparine sodium/Lithium Heparin. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút. TC: CE	Ống	1.300

13	Dây nối bơm tiêm tự động	Dây nối bơm tiêm điện ECO 140cm	Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong $\leq 0.9\text{mm}$, đường kính ngoài $\leq 1.9\text{mm}$, có khóa chặn dòng. Dây dài 140cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt.	Sợi	10
14	Dây 3 chia	Khóa 3 ngã có dây 25cm	Có dây, bằng nhựa, dài 25cm.	Sợi	10
15	Dây oxy người lớn	Dây thở oxy người lớn	Dây dài 2m, nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm. 1 đầu gắn phễu, 1 đầu gắn có 2 nhánh, ống dây dẫn trong suốt, tiệt trùng	Sợi	700
16	Giấy điện tim 6 cần 110x140x200P	Giấy điện tim 6 cần sọc đỏ 110x140x200P	Giấy điện tim có sọc FX7202 có sọc. 110x140x200P	Xấp	20
TỔNG CỘNG					