

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá

Mua thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Phan Huỳnh Như - Khoa Dược, SĐT: 0977014379, email: nguyenphanhuynhnhubte@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản scan gửi qua địa chỉ email: nguyenphanhuynhnhubte@gmail.com
- Bản giấy gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến trước 9 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: (danh mục đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre - Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 4/2024.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre rất mong nhận được sự tham gia của các Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



Phạm Thanh Bình

DANH MỤC MẶT HÀNG

Gợi đầu: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

(Kèm thông báo số 90/TB-BVLVBP ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo cá nhân	Băng làm bằng vải hoặc Polyethylene, gạc phủ bởi lớp lưới Polyethylene không gây dính, keo làm từ Acrylic hoặc oxid kẽm không chứa dung môi.	miếng	7.000
2	Ống nghiệm serum	Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống 6 ml. Chứa hạt nhựa Poly Styrene. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút.	cái	500
3	Ống nghiệm citrate	Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống 6 ml. Chứa Sodium Citrat (Trisodium Citrat) 3.8%. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/1phút.	cái	200
4	Ống nghiệm EDTA	Chất liệu nhựa y tế, có nắp, kích thước 13 x 75mm, thể tích ống ≤ 6 ml. Chứa Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút.	cái	3.000
5	Ống nghiệm Heparine	Kích thước ống : 13x75mm, dung tích tối đa 6 ml. Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 5 - 10 phút.	cái	3.000
6	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ	Dung dịch tẩy rửa có thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5	chai	18
7	Bơm tiêm nhựa (10ml + kim 23x1)	Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 0,2$ ml., pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 23Gx1", không chứa DEHP.	cây	12.000
8	Bơm tiêm nhựa (5ml + kim 23x1)	Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích hút tối đa đến 6ml, pít tông có khóa bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, kim các cỡ 23Gx1"; 25G x 1", không chứa DEHP.	cây	5.000

9	Kim luồn tĩnh mạch số 24 (có cửa số)	Chất liệu FEP hoặc tương đương kim luồn có cánh, có cửa chích thuốc. Kim bén với ba mặt vát, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch, máu. Kim số 24G: ~0.7x19mm, tốc độ chảy ≥ 15ml/min, thời gian lưu được trong mạch máu đến 72 giờ	cây	3.000
10	Kim rút thuốc 18 G	Kim tiêm thuốc sử dụng một lần 18G, vành có ngành khóa, kim bằng thép không gỉ, chuỗi bằng nhựa PP, không chứa độc tố DEHP	cây	2.000
11	Phim Xquang KTS 20 x 25cm	Là loại phim khô Laser kích thước 20x25 cm, có thể nạp phim theo khai dưới ánh sáng thường, được phủ nền Polyester 7-mil	Tờ	2.500
12	Lọc khuẩn đo chức năng hô hấp	Lọc khuẩn sử dụng 1 lần kèm ống ngậm miệng. Hiệu quả lọc khuẩn >98%. Hiệu quả lọc virus >98%. Tương thích với máy đo chức năng hô hấp	Cái	500
Tổng cộng 12 mặt hàng				